見守り介護ロボット「aams(アアムス)」の調達および設置工事

一般競争入札要綱

令和 8 年 11 月 24 日

ミアヘルサ株式会社

1．発注者　　ミアヘルサ株式会社

2．調達件名　　見守り介護ロボット「aams(アアムス)」の調達および設置工事

3．納入・設置場所　　ミアヘルサ グループホーム朝霞（埼玉県朝霞市溝沼 7-8-30）

4．納入・設置期限　　令和 9 年 1 月 22 日（金）まで（予定）

5．予定価格　　公表しない

6．最低制限価格　　設定しない

7．入札の方法　　一般競争入札

8．調達数量および内容

(1) aams 本体（AAMSK/25）　　14 台

(2) aams カメラセット（AAMSK-MIPCS/25/i）　4 台

(3) 設置工事一式　配線・設定・動作確認・操作説明を含む

主な仕様（メーカー公表値）　※詳細は、仕様書（別添）による。

- マットセンサーにより、ベッドに寝ている人の離床・在床、心拍・呼吸・体動などを検知し、異常時にアラートを通知する。

  通信方式　　：Wi-Fi
  設置場所　　：ベッド周辺（マットをベッド下に敷設）
  データ保存　：心拍・呼吸・体動・離床状況・アラート履歴（30 日分）
  使用上の注意：センサーマット設置場所に設置後、マスターサーバーの接続を必須とする。

９．入札参加資格

次の各号のいずれにも該当する者とする。

(1) 本公告の日から入札の日までの間に、埼玉県の一般競争入札参加資格（物品の製造・販売または役務の提供）の認定を受けている者

(2) 「aams」の正規販売店または販売代理店であること（販売代理店の場合は、メーカーからの販売承認書を提出すること）。

(3) 医療機器・福祉用具の販売・設置に関する法令を遵守していること。

(4) 直近１年間に、同種の見守り介護ロボットまたは介護機器の納入・設置実績を有すること。

(5) 民事再生法または会社更生法に基づく手続きを行っていない者

(6) 入札参加者の役員等が暴力団員でない者

10. 入札に関する日程

公告日　　：令和８年 11 月 24 日（火）

参加申込期限　：令和８年 12 月７日（月）17 時まで

質問受付期限　：令和８年 12 月４日（金）17 時まで

質問回答　　：令和８年 12 月１日（火）以降、随時

入札書提出期限：令和８年 12 月８日（火）11 時まで

開札　　：令和８年 12 月８日（火）11 時

入札場所　　：ミアヘルサ株式会社（東京都新宿区市谷仲之町３番 19 号）

11. 入札書類の提出

(1) 入札書（様式１）

(2) 入札・見積委任状（様式２）※必要時

(3) 見積書（税込・税抜を明記）

12. 入札の方法

(1) 入札金額は消費税を含まない金額で記載し、消費税および地方消費税の額を別記すること。

(2) 入札書は封筒に入れ、封印の上、持参または郵送（必着）で提出すること。

(3) 入札者または代理人が開札に立ち会うこと（立ち会わない場合は、入札執行に関する一切の権限を委任した者が立ち会うこと）。

13. 落札者の決定

(1) 予定価格の範囲内で、最低価格を提示した者を落札者とする。

(2) 落札者が決定しない場合は、再度入札を行うことがある。

(3) 落札者が契約を締結しない場合は、次順位者と契約することがある。

14. 契約の締結

落札者は、令和 8 年 12 月 18 日（金）までに契約を締結しなければならない。

15. 支払条件

検収完了後、発注者が請求書を受領した日から 30 日以内に支払う。

16. 質問および問い合わせ先

法人名 ： ミアヘルサ株式会社

住所 ： 東京都新宿区市谷仲之町 3 番 19 号

電話 ： 03-3341-7141

担当 ： 介護事業本部 担当：西山・黒須

E-mail ： kaigohonbu@merhalsa.jp

17. その他

(1) 入札に要する費用は入札者の負担とする。

(2) 本公告に定めのない事項は、関係法令および発注者の定めるところによる。

(3) 提出された書類は返却しない。

（様式１）

入札・見積委任状

私は、＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿を代理人と定め、下記の工事に関する入札（見積）の一切の権限を委任します。

記

１．件　　名　　見守り介護ロボット「aams(アアムス)」の調達および設置工事

２．納入場所

令和　　年　　月　　日

所　在　地
会　社　名
職・氏名

ミアヘルサ株式会社　御中

（様式２）

入　札　書

１．件　　名　　見守り介護ロボット「aams(アアムス)」の調達および設置工事

２．納 品 場 所

３．金　　額

４．入札保証金　　免除

令和　　年　　月　　日

所　在　地
会　社　名
代表者職氏名

代 理 人 氏 名

ミアヘルサ株式会社　御中

（注意事項）
１．金額は算用数字で記入し、頭部に￥を付記すること。
２．落札決定に当たっては、入札書に記載された金額に、当該金額の１００分の１０に相当する額を加算した額（当該金額に１円未満の端数があるときは、その端数金額を切り捨てた金額）をもって落札価格とするので入札者は、消費税に係る課税事業者であるか免税事業者であるかを問わず、見積もった契約希望金額の１１０分の１００に相当する金額を入札書に記載すること。
３．入札保証金が免除される場合、「４．入札保証金」の欄は「免除」と記入すること。

TAIS

福祉用具情報システム

Technical Aids Information System

製品概要

株式会社バイオシルバー

aams　本体（BS009）

AAMSK／25

TAISコード	：01332 - 000066
分類コード	：[1]215191:見守り機器
介護テクノロジー	：見守り・コミュニケーション（施設） ：見守り・コミュニケーション（在宅）
発売年月	：令和7年9月
希望小売価格	：オープン価格
製品概要	：マットの下にセンサーマットを設置します。心拍・呼吸等の生体情報を感知し、同一ネットワーク上のPCに表示し、異変時にはPCからのアラート音で通知します。



仕様・機能・性能等

用途	兼用	製品構成	単体
セット内容	センサーマット、ACアダプター	サイズ	センサーマット部:785×365×15mm、センサーユニット部:88×142×30mm（ハンガーフックを除く）
重量	950g	材質	センサーマット部:PVC、センサーユニット部:A
電源	センサーマット:ACアダプター（付属）	感知の方法	圧力センサー（空気）
信号処理の方式	閾値処理	警報の方法	PCにてアラート表示、アラート音報知
配線工事	不要	使用範囲	無線到達見通し距離100m
外部通信の機能	有り	外部通信の機能が有りの場合、①給付対象外の通信機能部分	区分できない
②ネットワーク環境との通信方法	無線LAN(Wi-Fi)	③外部通信の機能「OFF」又は「切断」した状態の動作	機能しない
④家族隣人等が通報を受信する機器	なし	⑤ネットワークとの接続におけるセキュリティ上の配慮の有無	無し

⑥通信モジュールのタイプ	内蔵	通話機能	無し
カメラ	無し	バイタルチェック機能	有り
室温センサ	無し	見守り機器のタイプ	離床マットタイプ
設置場所	ベッドのマットレス下	設置方法	センサーマットをご利用者の肩から腰の位置に敷く
最大見守り人数	センサー1台に対して1名	データの記録機能	有り
データの記録機能有りの場合、具体的な内容	心拍、呼吸、体動、睡眠状態、アラートの履歴（30日分）		
使用上の注意	センサーマットは防滴仕様です。運用に必要な管理マスターサーバーは別途となります。		

問い合わせ先

企業コード	01332
メーカー名	株式会社バイオシルバー
担当部課	業務部
住所	神奈川県横浜市港北区新横浜2−14−4　シルバービル1F
TEL	045-548-5478
ホームページ	http://www.biosilver.co.jp/

出典元：公益財団法人テクノエイ

TAIS

福祉用具情報システム

Technical Aids Information System

製品概要

株式会社バイオシルバー

aams（BS009）　カメラセット

AAMSK−IPCS／25／i



TAISコード	：**01332 - 000097**
分類コード	：[1]215191:見守り機器
介護テクノロジー	：見守り・コミュニケーション（施設） ：見守り・コミュニケーション（在宅）
発売年月	：令和7年9月
希望小売価格	：オープン価格
製品概要	：マットの下にセンサーマットを設置します。心拍・呼吸等の生体情報を感知し、同一ネットワーク上のPCに表示し、異変時にはPCからのアラート音で通知します。アラート発生後にカメラから居室の様子を確認することが可能です。

仕様・機能・性能等

用途	兼用	製品構成	セット（完結）
セット内容	センサーマット、ACアダプター、ネットワークカメラ	サイズ	センサーマット部:785×365×15mm、センサーユニット部:88×142×30mm（ハンガーフックを除く）
重量	950g	材質	センサーマット部:PVC、センサーユニット部:A
電源	センサーマット:ACアダプター（付属）	感知の方法	圧力センサー（空気）
信号処理の方式	閾値処理	警報の方法	PCにてアラート表示、アラート音報知
配線工事	不要	使用範囲	無線到達見通し距離100m
外部通信の機能	有り	外部通信の機能が有りの場合、①給付対象外の通信機能部分	区分できない
②ネットワーク環境との通信方法	無線LAN(Wi-Fi)	③外部通信の機能「OFF」又は「切断」した状態の動作	機能しない
④家族隣人等が通報を受信する機器	なし	⑤ネットワークとの接続におけるセ	無し

		キュリティ上の配慮の有無	
⑥通信モジュールのタイプ	内蔵	通話機能	無し
カメラ	有り	カメラ有りの場合、用途	アラート発生後、居室の様子を確認するため
バイタルチェック機能	有り	室温センサ	無し
GPS機能	無し	見守り機器のタイプ	その他
見守り機器のタイプ（その他）	離床マットタイプ+カメラタイプ	設置場所	ベッドのマットレス下
設置方法	センサーマットをご利用者の肩から腰の位置に敷く	最大見守り人数	センサー1台に対して1名
データの記録機能	有り	データの記録機能有りの場合、具体的な内容	心拍、呼吸、体動、睡眠状態、アラートの履歴（30日分）
使用上の注意	センサーマットは防滴仕様です。運用に必要な管理マスターサーバーは別途となります。		

問い合わせ先

企業コード	01332
メーカー名	株式会社バイオシルバー
担当部課	業務部
住所	神奈川県横浜市港北区新横浜2−14−4　シルバービル1F
TEL	045-548-5478
ホームページ	http://www.biosilver.co.jp/

出典元：公益財団法人テクノエイ